

Skierniewice, dnia 04.04.2014 r.

ZP-25/1/2014

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 25/ZP/2014 p.n. „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji projektu pt. „Polskie szczepy *Trichoderma* w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-06, z dnia 15.09.2009 r.”

Pytania z dnia 28.03.2014 r.

Pakiet nr 13 – termoblok – 1 szt.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termo bloku o mocy 150W, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania z dnia 01.04.2014 r.

Pakiet nr 3 – termo – higrometr – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści termo – higrometr o dokładności: RH $\pm 1,8\%$, temperatury $\pm 0,8^\circ\text{C}$ oraz czy Zamawiający dopuści zasilacz 6V?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9 - zestaw pipet automatycznych, zmiennie-nastawnych - 3 szt.

Zgodnie z informacjami jakie posiadamy, końcówki do pipet nr 2 i 3 (5 i 10 ml) nie są oferowane w pudełkach po 96 sztuk.

Zatem czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wraz z pipetami:

- nr 2 0,5 – 5 ml – pudełko końcówek zawierające 54 sztuki,
- nr 3 1 – 10 ml – pudełko końcówek zawierające 24 sztuki.

Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wielokrotności tych opakowań, odpowiednio:

- nr 2 0,5 – 5 ml – 2 pudełka po 54 sztuki (łącznie 108 sztuk),
- nr 3 1 – 10 ml – 4 pudełka po 24 sztuki (łącznie 96 sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby opakowania końcówek do pipet nr 2 i 3 zawierały odpowiednio:

- nr 2 0,5 – 5 ml – 2 pudełka po 54 sztuki (łącznie 108 sztuk),
- nr 3 1 – 10 ml – 4 pudełka po 24 sztuki (łącznie 96 sztuk)

oraz dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 9 pkt 10, który otrzymuje brzmienie „w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z odpowiednimi końcówkami do każdej pipety po min. 96 szt.”

Jednocześnie informuję, że **nie ulega zmianie** termin składania ofert tj. **08.04.2014 r. godz. 12⁰⁰**.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno – Gospodarczych
Mgr inż. Bogusław Kuc