

Skierniewice, dnia 13.06.2014 r.

ZP-43/3/2014

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego**”

**Dotyczy: Pakiet 1****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza pH-metr o parametrach:

- a) Rozdzielczość pomiaru pH 0,1 / 0,01 / 0,001
- b) Dokładność pH  $\pm 0,004 \pm 1$  jednostka
- c) Kalibracja pH Automatyeczna od 2 do 5 punktów w ramach 7 zdefiniowanych buforów
- d) Wyświetlacz graficzny LCD z jednostkami mol/l, mg / l oraz ppm

przy pozostałych parametrach takich samych lub lepszych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach - przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.

**Dotyczy: Pakiet 2****Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do urządzenia kompatybilnego kosza i pokrywki?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnego kosza i pokrywki.

**Uwaga!**

Myjka ultradźwiękowa musi być wyposażona w:

- Koszyk do myjki
- Wkładka na szkło laboratoryjne do myjki
- Zlewka szklana 250 ml, Ø 65 mm z pierścieniem mocującym
- Stelaż do wiertel
- Sterownik mikroprocesorowy.

*Z-CA DYREKTORA*  
*d.s. Administracyjno-Technicznych*  
*mgr inż. Bogusław Kuc*