

Skierniewice, dnia 22.10.2015 r.

ZP-43/2/2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 43/ZP/2015 p.n. „**Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego**”.

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający ma na myśli płytki sterylne do hodowali komórek adherentnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania nie toksycznych, sterylnych płytek do analiz fluorescencji, testów immunologicznych i hodowli komórkowych.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **26.10.2015 r. godz. 14⁰⁰**

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Bogusław Kuc