

Skierniewice, dnia 13.10.2015 r.

ZP-44/1/2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 44/ZP/2015 p.n.
„Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary mieszadła (S x G x W) 120 x 164 x 12 mm i wagę 400 g, a więc nieznacznie różniące się od mieszadła KX33.1 ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła magnetycznego o wskazanych powyżej parametrach technicznych.

Pytanie 2:

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza płytę roboczą mieszadła wykonaną z odpornej na chemikalia, wysokogatunkowej stali nierdzewnej? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła magnetycznego z płytą roboczą z opisanego powyżej materiału.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **19.10.2015 r. godz. 13⁰⁰**.

*Z-CA DYREKTORA
d.s. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Bogusław Kuc*