

Skierniewice, dnia 06.11.2015 r.

ZP-45/2/2015

## **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 44/ZP/2015 p.n. „Dostawa aparatury badawczej”

### **Pytanie 1:**

Dotyczy pakietu nr 2 – Wyparka próżniowa

Czy Zamawiający dopuści wyparkę próżniową wyposażoną w port Ethernet (zamiast USB), maksymalnej pobieranej mocy 1500W, wymiarach 400 x 320 x 615 mm i spełniającej pozostałe wymagania techniczne zawarte w SIWZ?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wyparkę próżniową o ww. parametrach.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **10.11.2015 r. godz. 12<sup>00</sup>**.

*Z-CA DYREKTORA  
d.s. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Bogusław Kuc*