

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r.

Skierniewice: Dostawa przetworników pomiarowych
Numer ogłoszenia: 52556 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.inhort.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przetworników pomiarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych przetworników pomiarowych. Wymagane są przetworniki fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. Zamawiający wymaga podania pełnego adresu strony internetowej producenta prowadzącej do karty katalogowej lub instrukcji. Wymagany okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny świadczony będzie u Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
 1. Folder i/lub karta katalogowa (dokument producenta) oferowanych przetworników. Zamawiający dopuszcza załączenie ww. dokumentów w języku angielskim.
 2. Opis techniczny zawierający dane techniczne umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanych przetworników z wymaganiami SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potencjał innych podmiotów załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia a) Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - dokumenty wymienione w pkt III.4.2 i III.4.4 ogłoszenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie, - pozostałe dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem: 1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) możliwości zmiany terminu dostawy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od Stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk. Termin określony w § 2 ust. 1 umowy może ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r>.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, pok. nr 35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, pok. nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu badawczego pt. Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych o akronimie HortiEnergia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-10-115/09.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przetwornik różnicy ciśnień - 2 szt.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przetwornik różnicy ciśnień - 2 szt. - zakres pomiarowy nie gorszy niż 0...1,0 kPa - sygnał wyjściowy 4...20 mA - zasilanie 24 VDC - zakres temperatur pracy -5...50°C - wilgotność względna powietrza do 95% - dokładność nie gorsza niż 10 Pa przy wartości mierzonej 500 Pa - automatyczne zerowanie - wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem (do min. 3 kPa) - do każdego przetwornika należy dołączyć min. 2 mb. rurki elastycznej do przyłączenia np. rurki Prandtla - obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN lub na płaskiej płycie.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.54.00.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 35.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 90
 - 2. Termin realizacji - 5
 - 3. Dokładność pomiarowa - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przetwornik wilgotności powietrza.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przetwornik wilgotności powietrza a) Przetwornik wilgotności powietrza - 10 szt. - czujnik pojemnościowy dołączany do przetwornika kablem o długości minimum 1 m - zakres pomiarowy co najmniej 10...100% RH - zakres temperatur stosowania czujnika co najmniej -5...50°C - sygnał wyjściowy 4...20 mA - zasilanie z pomiarowej pętli prądowej o napięciu 24 VDC - dokładność nie gorsza niż +/-1,5% RH dla zakresu wilgotności 10...90 % RH oraz +/-2,0 % RH dla zakresu wilgotności 90...100% RH (dla 20°C) - powtarzalność nie gorsza niż 0,4% RH - obudowa przetwornika przystosowana do montażu na szynie DIN lub na płaskiej płycie b) zestaw do komunikacji przetwornika - 1 szt. - zestaw do komunikacji przetwornika z komputerem PC przez złącze USB lub RS232 (interface oraz oprogramowanie dla Windows 7) umożliwiające kalibrację czujnika wilgotności.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.54.00.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 35.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 90
 - 2. Termin realizacji - 5
 - 3. Dokładność pomiarowa - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przetwornik wilgotności powietrza i temperatury.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przetwornik wilgotności powietrza i temperatury a) Przetwornik wilgotności powietrza i temperatury - 4 szt. - czujnik pojemnościowy dołączany do przetwornika kablem o długości minimum 1 m - zakres pomiarowy co najmniej 10...100% RH - zakres temperatur stosowania czujnika co najmniej -5...80°C - wyjście RS485 (MODBUS

RTU) - zasilanie 24 VDC - dokładność pomiaru wilgotności nie gorsza niż +/-1,5% RH dla zakresu wilgotności 10...90 % RH oraz +/-2,0% RH dla zakresu wilgotności 90...100 % RH (dla 20°C) - dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż +/-0,3°C - obudowa przetwornika przystosowana do montażu na szynie DIN lub na płaskiej płycie b) zestaw do komunikacji przetwornika - 1 szt. - zestaw do komunikacji przetwornika z komputerem PC przez złącze USB (interfejs oraz oprogramowanie dla Windows 7) umożliwiające kalibrację czujnika wilgotności i zmianę adresu w sieci RS485.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.54.00.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 35.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 90
 - 2. Termin realizacji - 5
 - 3. Dokładność pomiarowa - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przetwornik temperatury, wilgotności i prędkości powietrza - 4 szt.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przetwornik temperatury, wilgotności i prędkości powietrza - 4 szt. - czujnik o długości co najmniej 30 cm dołączany do przetwornika kablem o długości minimum 2 m (do montażu w kanale) - zakres pomiarowy prędkości powietrza nie mniejszy niż 0...10 m/s dzielony na co najmniej 3 podzakresy - zakres pomiarowy wilgotności co najmniej 10...100% RH - zakres temperatur stosowania czujnika co najmniej -5...60°C - sygnał wyjściowy 4...20 mA - zasilanie 24 VDC - dokładność pomiaru wilgotności nie gorsza niż +/-1,5% RH dla zakresu wilgotności 10...90 % RH oraz +/-2,0% RH dla zakresu wilgotności 90...100% RH (dla 20°C) - dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż +/- 0,3°C - dokładność pomiaru prędkości powietrza nie gorsza niż +/- 0,21 m/s przy prędkości 2 m/s i nie gorsza niż +/- 0,65 m/s przy prędkości 5 m/s - obudowa przetwornika przystosowana do montażu na szynie DIN lub na płaskiej płycie - kołnierz do stabilnego mocowania czujnika na ścianie kanału.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.54.00.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 35.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 85
 - 2. Termin realizacji - 5
 - 3. Dokładność pomiarowa przy prędkości 2 m/s - 2
 - 4. Dokładność pomiarowa przy prędkości 5 m/s - 8