

Skierniewice, dnia 25.04.2016 r.

ZP-35/1/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 35/ZP/2016 p.n. „Dostawa mikroskopów”

Pozycja nr 1 – Mikroskop „Zestaw do wizualizacji mikroskopowej patogenów roślin”

Pytanie 1 - Czy dopuści zamawiający mikroskop o regulowanym zakresie rozstawu źrenic w zakresie 55-75mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mikroskopu o opisanych parametrach.

Pytanie 2 - Czy zostanie dopuszczony mikroskop z uchwytem na dwa preparaty o zakresie ruchu 76x52mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mikroskopu o opisanych parametrach.

Pytanie 3 - Czy zostanie dopuszczony mikroskop z kondensorem Abbego o parametrach NA 0.9/1.25 zamiast kondensora NA0.9/0.25?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mikroskopu o opisanych parametrach.

Pytanie 4 - Czy zostanie dopuszczony mikroskop z oświetleniem halogenowym o mocy 12V 30W z łatwą wymianą żarówki lub oświetlacz halogenowy 12V 100W lub z oświetlaczem typu LED (max. 5W) charakteryzujący się długą żywotnością powyżej 20 000 godzin pracy o stałej temperaturze barwowej niezależnej od intensywności światła?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mikroskopu o opisanych parametrach.

Pozycja nr 2 – Mikroskop stereoskopowy z kamerą

Pytanie 1 - Czy dopuszczą Państwo mikroskop o odległości roboczej 112mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop o podstawie z kontrastem dla światła przechodzącego: jasnego pola, ciemnego pola oraz kontrastem Rottermana o wymiarach 412×341×46, oraz oświetlonym obszarem 65mm?

Odpowiedź: Tak, o ile mikroskop ma także oświetlacz LED pozwalający na prowadzenie obserwacji w świetle odbitym, z możliwością niezależnej regulacji jasności oraz kątów ustawienia oświetlacza.

Pytanie 3 - Czy zamawiający dopuszcza przygotowanie oferty częściowej wyłącznie na mikroskop stereoskopowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty obejmującej wszystkie elementy wchodzące w skład Pozycji nr 2 (tj. mikroskop, kamera mikroskopowa, oświetlacz).

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 29.04.2016 r. godz. 13⁰⁰.

**Zastępca Dyrektora
d.s. Administracyjno-Technicznych
mgr Ewa Żuchowska**