

Skierniewice, dnia 14.06.2016 r.

ZP-43/1/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 43/ZP/2016 p.n. „Dostawa autoklawów”.

Dotyczy Pozycji nr 1 – Autoklaw pionowy

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez elektronicznego przełącznika ciśnienia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklawu bez elektronicznego przełącznika ciśnienia. Zamawiający wymaga autoklawu z funkcją elektronicznego regulowania ciśnienia w zakresie od 2 do 3,5 bara.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji regulacji ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklawu bez funkcji regulacji ciśnienia.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją autostartu sterowania timerem umożliwiające uruchomienie procesu sterylizacji maksymalnie do 72 godzin później?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z funkcją autostartu sterowania timerem umożliwiające uruchomienie procesu sterylizacji do 72 godzin później.

Pytanie 4:

Dotyczy ppkt 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę o pojemności 89 l, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki większej komorze możliwa jest jednoczesna sterylizacja większej ilości materiału.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga autoklawu o pojemności 70 - 80 litrów.

Pytanie 5:

Dotyczy ppkt 5

Prosimy o doprecyzowanie czy całkowita wysokość, o której pisze Zamawiający ma uwzględniać opisany w p. 3 stelaż umożliwiający przemieszczanie?

Odpowiedź:

Całkowita wysokość opisana w ppkt 3 nie uwzględnia stelaża, Zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał wysokość całkowitą: max. 1050 mm przy całkowicie otwartej pokrywie i wraz z stelażem umożliwiającym przemieszczanie.

Pytanie 6:

Dotyczy ppkt 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wymiarach (szer. x wys. gł.) 720 x 1.000 x 723 mm, którego pokrywa przy pełnym otwarciu sięga do wysokości 1.467 mm? Rozwiązanie takie pozwala na załadunek autoklawu na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklawu o opisanych powyżej wymiarach.

Pytanie 7:

Dotyczy ppkt 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pokrywę otwieraną do góry co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ergonomicznym i bezpieczniejszym niż opisane otwieranie na bok.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga autoklawu wyposażonego w pokrywę otwieraną w pozycji horyzontalnej – na bok.

Pytanie 8:

Dotyczy ppkt 21

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie pozwalający na sterylizację bez nadzoru operatora? Sterylizatory parowe są urządzeniami ciśnieniowymi, podlegającymi pod nadzór UDT. Jako takie urządzenia mogą pracować jedynie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. Automatyczne uruchamianie sterylizatora bez fachowego nadzoru może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia personelu Zamawiającego. Dozwolone jest jedynie automatyczne rozgrzanie sterylizatora i przeprowadzenie procesów testowych, a nie sterylizacja.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autoklawu nie pozwalającego na sterylizację bez nadzoru operatora (w związku z powyższym wykreśla z ppkt 21 zapis „sterylizacje bez nadzoru operatora”). Zaoferowany autoklaw musi posiadać możliwość programowania godziny rozpoczęcia programu w dowolnym czasie.

Ponadto Zamawiający uzupełnia postanowienia wzoru umowy. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Do aparatury **Wykonawca** zobowiązany jest dołączyć certyfikaty producenta aparatury, instrukcje obsługi w języku polskim i obcym oraz kompletną dokumentację niezbędną do odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego”.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do treści SIWZ oraz Załącznika do SIWZ – Wzór umowy. Aktualną treść dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2016-r>.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **17.06.2016 r. godz. 12⁰⁰**.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno – Technicznych
mgr Ewa Żuchowska