

Skierniewice, dnia 30.06.2016 r.

ZP-47/1/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 47/ZP/2016 p.n. „**Dostawa aparatury badawczej**”

Pytanie 1 - dotyczy pozycji nr 2 – Komora klimatyczna

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną o wymiarach zewnętrznych szerokość 640 mm, głębokość 980 mm i wysokość 2000 mm? Głębokość 980 mm jest to głębokość komory razem z półką na baniak z wodą dejonizowaną, bez półki głębokość komory wynosi 750 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o opisanych powyżej wymiarach.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 06.07.2016 r. godz. 12⁰⁰.

***Zastępca Dyrektora
d.s. Administracyjno-Technicznych
mgr Ewa Żuchowska***