

Skierniewice, dnia 08.07.2016 r.

ZP-49/1/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 49/ZP/2016 p.n. „**Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego**”

Pytania dotyczące pozycji nr 3 – Suszarka laboratoryjna

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza obudowę zewnętrzną suszarki ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suszarki, która obudowa jest wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza timer umożliwiający automatyczne wyłączenie w zakresie od 1 do 99,9 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suszarki z opisanym timerem.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę bez wewnętrznych drzwi szklanych, o zakresie regulacji temperatury do +220 st. C i o wymiarach zewnętrznych 640 x 620 x 680 mm i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

- Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suszarki bez wewnętrznych drzwi szklanych,
- Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie suszarki o zakresie regulacji temperatury do +220⁰C,
- Ad. 3 – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suszarki o wymiarach zewnętrznych 640 x 620 x 680 mm.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę o zakresie regulacji temperatury do +70 st. C, o wymiarach zewnętrznych 622 x 620 x 680 mm i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suszarki o opisanym powyżej zakresie regulacji temperatury i wymiarach zewnętrznych.

Pytania dotyczące pozycji nr 7 – Wytrząsarka

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza prędkość wytrząsania 50 - 400 rpm i powierzchnię wytrząsania 35 x 40 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wytrząsarki o opisanych powyżej parametrach.

Pytania dotyczące pozycji nr 5 – Wytrząsarka

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z uchwytem poziomym na 2 probówki typu Falcon o poj. 50 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wytrząsarki z uchwytem poziomym na 2 probówki typu Falcon o poj. 50 ml.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarke z przystawką pionową na 8 próbek typu Falkon o poj. 50 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wytrząsarki z przystawką pionową.

Pytania dotyczące pozycji nr 2 – Wytrząsarka

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie z pozycji nr 2 wytrząsarki o wymiarach 180 x 220 x 70 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wytrząsarki o wskazanych powyżej wymiarach.

Ponadto, działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o Pozycję nr 11 – Termowytrząsarka, o następujących minimalnych parametrach:

Termowytrząsarka, blok do macierzy 'customized' (BL-01), blok 35 x 1,5 (BL-02), zakres temp. pracy urządzenia: RT 5-100C, współpracująca z blokami w zakresie 1,5- 50mL oraz mikropłytek z możliwością dorobienia bloku względem zapotrzebowania, o wymiarach (dł. x sz. x wys.) 300 x 220 x 170 mm (+/- 5 mm), (np. XMS-100).

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do treści SIWZ oraz formularza Oferta. Aktualną treść ww. dokumentów oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:

<http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2016-r>.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 14.07.2016 r. godz. 12⁰⁰.

***Zastępca Dyrektora
d.s. Administracyjno-Technicznych
mgr Ewa Żuchowska***